



Измеритель–регистратор автономный **Eclerk-M-RHTP** (далее – прибор) предназначен для измерений (совместно с первичными измерительными преобразователями) температуры и относительной влажности неагрессивных газовых сред, атмосферного давления.

Измерительная информация передается посредством интерфейса связи USB на персональный компьютер или мобильное устройство для дальнейшей обработки. Прибор может применяться для регистрации параметров микроклимата при поверке измерительных приборов, а также в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности, в учреждениях здравоохранения, в сельском и коммунальном хозяйствах, машиностроении и других отраслях промышленности. Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69.

Условия эксплуатации: от минус 40 °С до плюс 55 °С, до 95 % отн. вл., 30,0...110 кПа атм. давл.

Внешний вид прибора в соответствии с рисунком 1.

Рис.1





Рис.2.



В зависимости от наличия или отсутствия цифрового индикатора прибор имеет следующие модификации:

**Eclerk-M-01-RHTP** – нет индикатора;  
**Eclerk-M-11-RHTP** – имеется индикатор.

Чувствительный элемент температуры и относительной влажности и чувствительный элемент атмосферного давления находятся на печатной плате под съёмным колпачком, имеющим сквозные отверстия для обеспечения воздухообмена с окружающей средой. С другой стороны корпуса под защитным колпачком имеется USB-разъём для подключения прибора к ПК и кнопка «РЕЖИМ» для выбора режима работы прибора.

На лицевой стороне расположены: цифровой индикатор для отображения измеряемой температуры (в исп. Eclerk-M-11-RHTP); индикатор режима работы; кнопка «ПРОСМОТР» для переключения режимов индикации.

#### Условное обозначение прибора:

**ECLERK-M-X-RHTP-X-X**

Измеритель–регистратор температуры:  
– **Eclerk-M-01** – без индикации температуры;  
– **Eclerk-M-11** – с индикацией температуры;

Способ подключения чувствительного элемента  
– **G1** - ЧЭ встроен в корпус прибора \*;

Цвет корпуса:  
– **B**– черный;  
– **W**– белый.

\* Допускается не указывать.

## 1 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование                               | Значение                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Количество каналов измерений               | 3                                                         |
| Объём памяти, максимальный                 | 131 тыс. значений на каждый канал                         |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с                                              |
| Период регистрации                         | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО)                     |
| Тип записи данных                          | циклический, до заполнения                                |
| Тип старта                                 | по времени, по кнопке                                     |
| Дополнительная функция                     | режим работы «суточные циклы»                             |
| Режим работы «Индикация через 10 с»        | автоматическое включение индикатора каждые 10 с *         |
| Количество интервалов записи (сессий)      | максимальное – 21                                         |
| Питание                                    | от батареи типоразмера 1/2AA напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ                 | не менее 40000 ч                                          |
| Средний срок службы                        | не менее 5 лет                                            |
| Габаритные размеры                         | 137х34х19 мм                                              |
| Диапазон температуры эксплуатации          | –40...+55°С                                               |

\* Не рекомендуется длительная работа прибора в данном режиме. С включением режима «Индикация через 10 с» время жизни элемента питания не нормируется.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

| Измеряемый параметр                   | Диапазон измерений                | Пределы допускаемой абсолютной погрешности | Разрешающая способность |      |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------|
|                                       |                                   |                                            | прибора                 | ПО   |
| Температура, °С                       | от –40 до +55                     | ±0,5 °С                                    | 0,1                     | 0,03 |
| Относительная влажность, %            | св. 20 до 80 включ.               | ±3,5 %                                     | 0,1                     | 0,03 |
|                                       | от 10 до 20 включ. и св. 80 до 95 | ±4,5 %                                     |                         |      |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | от 30 до 110 (от 225 до 825)      | ±0,2 кПа                                   | 0,1                     | 0,03 |

Примечание. Прибор измеряет и показывает в мм рт.ст.

Таблица 3 – Временные параметры прибора

| Период регистрации | Время заполнения памяти | Время жизни элемента питания при температуре*: |                                  |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
|                    |                         | плюс 25 °С                                     | минус 40 °С (расчётные значения) |
| 1 с                | 36 час.                 | 112 сут.                                       | 90 сут.                          |
| 10 с               | 15 сут.                 | 1,35 года                                      | 1 год                            |
| 1 мин              | 90 сут.                 | 2 года                                         | 1,6 года                         |
| 1 ч                | 15 лет                  | 2,2 года                                       | 1,7 года                         |

\* – При работе прибора только в режиме регистратора.  
Количество измерений(включений индикатора) до разряда батареи – не менее 25 тыс.

## 2 Комплектность

В комплект поставки входят:

- измеритель–регистратор Eclerk-M – RHTP – 1 шт.;
- батарея литиевая 1/2AA ER14250 (или аналог) – 1 шт.;
- паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 экз.

## 3 Подготовка к работе

3.1 Установить батарею, соблюдая полярность, в соответствии с рисунком 2.

**ВНИМАНИЕ!** При извлечении батареи прибор должен быть в выключенном состоянии!

3.2 Установить на ПК ПО Eclerk ver. 2 с сайта <https://relsib.com>

3.3 Подключить прибор к ПК через USB-разъём, настроить в соответствии с «Инструкцией по работе с ПО Eclerk ver.2.0» (смотрите меню ПО).

3.4 В случае размещения прибора на вертикальной поверхности (на стене, на шкафу и т.п.) рекомендуется применять кронштейн для крепления, см. рис .3.



# Измеритель–регистратор температуры, отн. влажности и атмосферного давления EClerk® - M - RHTP

## 4 Порядок работы

4.1 Если вы настроили прибор с началом работы по кнопке, то снимите защитный колпачок USB разъёма, нажмите тонким предметом на кнопку «режим», прибор перейдёт в режим «ожидание», об этом будут свидетельствовать двухкратные вспышки индикатора режима.

При повторном нажатии на кнопку прибор перейдёт в режим «запись» с однократными вспышками индикатора. Следующее нажатие на кнопку останавливает режим записи.

4.2 Если прибор настроен на работу по времени, то запись сессии начнется в указанный момент времени. Если в процессе работы нажать на кнопку «режим», то прибор перейдёт на режим работы по кнопке.

4.3 Если при настройке был установлен «флаг» на «суточные циклы» то прибор будет записывать данные временными отрезками «сессиями» с окончанием и началом сессии в указанное время. При нажатии на кнопку переходит в режим старта «по кнопке».

4.4 Аварийные ситуации. Одинократные вспышки индикатора «режим» красного цвета. При нажатии кнопки «просмотр» можно посмотреть код аварийной ситуации и выполнить действие в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Устранение неисправностей

| Код  | Расшифровка кода сообщения или ошибки                                                                                         | Действия пользователя                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1 | Ошибка при проверке целостности параметров конфигурации, калибровочных констант или коэффициентов пользовательской юстировки. | Выполнить настройку прибора при помощи программы конфигурирования.                                                                  |
| Err2 | Ошибка при измерении или неисправность чувствительного элемента                                                               | При появлении проверить батарею и чувствительный элемент. При необходимости направить в ремонт для замены чувствительного элемента. |
| Err3 | Разряд элемента питания                                                                                                       | Заменить элемент питания и выполнить настройку.                                                                                     |
| Att1 | Количество сессий записи максимально                                                                                          | Очистить память или перенастроить при помощи программы конфигурирования                                                             |
| Att2 | Память заполнена                                                                                                              | Очистить память                                                                                                                     |
| —    | Ожидание окончания измерения                                                                                                  | Ждать окончания измерения (несколько секунд).                                                                                       |

4.5 Работы по настройке прибора, переносу данных на ПК, представлению данных в различном виде и их анализу необходимо осуществлять в соответствии с Инструкцией по работе с ПО EClerk ver. 2 (смотрите ПО EClerk ver.2).

4.6 У прибора EClerk-M-11-RHTP измеренные значения температуры, отн. влажности и атмосферного давления можно посмотреть на встроенном индикаторе путём нажатия на кнопку «Просмотр»

## 5 ПО прибора

ПО EClerk ver.2 имеет следующие функции:

- настройка(конфигурирование) прибора;
- работа в режиме Online (USB–измеритель);
- фильтрация по максимальному и минимальному значению, по времени;
- представление данных в виде таблицы и графика;
- подготовка Отчёта (в формате PDF);
- экспорт данных в Excel;
- возможность записи с временными интервалами;
- русский и английский язык.

## 6 Указания мер безопасности

6.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0–75.

6.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор соответствует IP20 по ГОСТ 14254–96.

6.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы.

6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

6.5 Техническая эксплуатация и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, и изучившими настоящий ПС.

## 7 Указания по эксплуатации

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.2 НЕ допускается попадание влаги или конденсация влаги на поверхности прибора.

7.3 При длительном сроке хранения прибора батарею необходимо вынуть и хранить отдельно.

## 8 Транспортирование и хранение

8.1 Прибор может транспортироваться только в транспортной таре и потребительской упаковке изготовителя всеми видами транспортных средств при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С.

8.2 Прибор следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре от минус 5 °С до плюс 40 °С и отн. влажности до 80 % при температуре 25°С.

## 9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие измерителя–регистратора автономного EClerk–M–RHTP требованиям настоящего ПС при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя–регистратора автономного EClerk–M–RHTP – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии данных о продаже – со дня выпуска.

Примечание – Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на батарею.

9.3 Гарантийный срок хранения измерителя–регистратора автономного EClerk–M–RHTP – 6 месяцев со дня выпуска.

## 10 Поверка

10.1 Первичная и периодическая поверка прибора проводятся в соответствии с методикой поверки.

10.2 Межповерочный интервал – 1 год.

10.3 Методика поверки: МП 2411-0177-2024

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Измеритель–регистратор автономный EClerk–M – \_\_\_\_ – RHTP–G1 – \_\_\_\_ зав. номер \_\_\_\_ ПО ver. e1.0 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

### Контролёр ОТК

М. П. \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи) (число, месяц, год)

## 12 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Должность, подпись Ф.И.О поверителя \_\_\_\_\_  
Дата проведения поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Отметка о продаже « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Изготовитель: ООО НПК «Рэлсиб»  
630087, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск,  
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.128  
тел. (383) 383-02-94  
для переписки: 630110, г. Новосибирск, а/я 167  
e-mail: tech@relsib.com; www.relsib.com